



# supplément de contrôle de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène

supplément de contrôle de la stérilisation à l'oxyde d'éthylène dim. 16x97 mm enveloppes pliées à partir de 250pcs.-Cf.6000pz



## Codes produits :

Référence 64 910 8411

## Galerie de produits :



## Description du produit :

### SUPPLÉMENT DE CONTRÔLE DE LA STÉRILISATION À L'OXYDE D'ÉTHYLÈNE

Indicateur chimique intégrée de la CROIX CHEKS EO un changement de couleur est conçu pour être utilisé dans les autoclaves, ETO pour le suivi de la bonne procédé de stérilisation.

Lot de 250 enveloppes: feuilleté refermable.

Conforme à la norme ISO 11140-1 (Classe 4).

## caractéristiques du produit :

NDC - TYPE: supplément de contrôle

NDC - APPLICATIONS: test de stérilisation

NDC - FORMAT: indicateur dans un sac de

NDC - TAILLE: mm16 x 97

NDC - MÉTHODE: EtO

NDC - CONFORMITÉ: EN ISO 11140-1

NDC - CONFORMITÉ: Classe 4